#### 24/08/2006 14:24 +49-211-6798933

## VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

# PCT

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE **PATENTIERBARKEIT**

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 11 622	WEITERES VORGEHEN	siehe Formblatt PCT/PEA/416								
Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000180	Internationales Anmeldedatum (TagMona 04.02.2005	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 17.03.2004								
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder INV. A61B5/15	nationale Klassifikation und IPC									
Anmelder SARSTEDT AG & CO. et al.		·								
1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.										
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesei	nt 4 Blätter einschließlich dieses Decl	kblatts.								
3. Außerdem liegen dem Bericht AN										
1										
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).										
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebener Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.										
b. (nur an das Internationale Būro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).										
4. Dieser Bericht enthält Angaben a	4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:									
☑ Feld Nr. I Grundlage des Berichts										
☐ Feld Nr. II Prioritāt		·								
	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Eit	heitlichkeit der Erfindung									
Feld Nr. V Begründete Fe	Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung									
☐ Feld Nr. VI Bestimmte an	geführte Unterlagen									
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Må	☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung									
Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung										
Datum der Einreichung des Antrags	Datum der F	erligstellung dieses Berichts								
24.11.2005	07.06.200	07.06.2006								
Name und Postanschrift der mit der intern Prüfung beauftragten Behörde		tigter Bedienstoter								
Europäisches Patentamt - D-10958 Bertin		Abraham, V								
Tel. +49 30 25901 - 0 Fax: +49 30 25901 - 840	Tel. +49 30									

24/08/2006 · 14:24 +49-211-6798933

IAP16 Rec'd PCT/PTO 15 SEP 2006.

10/593171

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2005/000180

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

	Felo	Nr. I Grundlage	des Berichts						
1.	Hins	sichtlich der Sprach	e beruht der Be	escheid auf					
	Ø	der internationalen Anmeldung in der Sprache, In der sie eingereicht wurde.							
		einer Übersetzung es sich um die Spr internationale F Veröffentlichun internationale v	ache der Übers Recherche (nach g der internation	ietzung handelt, ( n Regeln 12.3 a) nalen Anmeldung	die für folgenden und 23.1 b)) j (nach Regel 12	i Zweck eingei 2.4 a))	ler reicht worder	ist:	
2.	Ani	sichtlich der Bestai meldeamt auf eine i sprünglich eingereid	Aufforderung na	ich Artikel 14 hin	vorgelegt wurde	er Bericht auf en, gelten im F	(Ersatzblätte lahmen diese	r, die d es Beri	dem ichts als
•	Bes	schrelbung, Seiten							·
	1-3		in de	r ursprünglich eing	ereichten Fassun	g			•
	Δn	sprüche, Nr.							,
	1	aprocher m	einge	egangen am 18.01	.2006 mit Schreib	en vom 17.01.2	006		
	Ze	lchnungen, Blätter				•	·.		
	1/1		in de	er ursprünglich ein	gereichten Fassur	ng			ı
	□ Se	einem Sequenzp equenzprotokoll	: rotokoll und/ode	ar etwaigen dazu	gehörigen Tabel	len - slehe Zu	satzield betre	effend	das
3	. 🗆	Aufgrund der Änd	derungen sind f	olgende Unterlag	gen fortgefallen:				•
		☐ Beschreibung	: Seite		•				
		<ul><li>Ansprüche: N</li><li>Zeichnungen:</li></ul>		:					
		☐ Sequenzproto ☐ etwaige zum		•	bellen <i>(genaue :</i>	Angaben):	• .		
4	A (f	Dieser Bericht is ufgelisteten Änderu uffassung der Behöregel 70.2 c)).  Beschreibung Ansprüche: I Zeichnunger Sequenzprofil etwaige zum	t ohne Berücksingen erstellt worden über den Office über den Office Seite Nr. In Blatt/Abb. In Sequenzprotok	ichtigung (von ei orden, da diese a Offenbarungsgeh	nigen) der diese lus den Im Zusat alt in der ursprün	m Bericht beig zfeld angegeb nglich eingerei	enen Grund chten Fassur	en nac	n ausgehen
		ersetzt" verse			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~				•

19

....

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000180

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ansprüche 1

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ansprüche 1

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ansprüche: 1

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

HEMMERICH&KOLLEGEN

IAP16 Rec'd PCT/PTO 15 SEP 2006 10 10 15 SEP 2006 Internationales Aktenzeichen

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/DE2005/000180

Es wird auf folgendes Dokument verwiesen:

D1: WO 92/20281 A (WEIBEL, STIG, ERIC) 26. November 1992 (1992-11-26)

٧

Die Merkmale des Oberbegriffs sind formal aus dem Dokument D1 bekannt (siehe Figur 1).

Mit den zusätzlichen Merkmalen des Anspruchs soll eine bedienerfreundliche Blutentnahmevorrichtung mit vermindertem Verletzungs- und Infektionsrisiko geschaffen werden. Zur Lösung dieser Aufgabe ein bügelartiges Überbrückungselement vorzusehen, welches einen Freiraum für den Blutauslaß zwischen dem Kanülenhalter und dem Griffbereich schafft, ist weder aus dem vorliegenden Stand der Technik bekannt, noch wird es durch diesen nahegelegt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt somit die Erfordemisse des Artikels 33(2)-(4) PCT.

IMP16 Rec'd FC: 1710 13 SEP 2006
10/593171

### Neuer Patentanspruch:

1. Blutentnahmevorrichtung (1) für Neugeborene und Kleinkinder, umfassend eine mit einem offenen Bluteinlaß und –auslaß (4 bzw. 5) versehene, in einem Halter (2) mit Griffbereich (7) angeordnete Kanüle (3),

gekennzeichnet durch

ein den Griffbereich (7) mit dem Kanülenhalter (2) verbindendes, bügelartiges, einen Freiraum für den Blutauslaß (5) zwischen dem Kanülenhalter (2) und dem Griffbereich (7) schaffendes Überbrückungselement (6).

